

Государственный комитет по
стандартизации Республики
Беларусь (Госстандарт)

ПРОТОКОЛ

28.01.2021 №01-2021

г. Минск
заседания Научно-технической
комиссии по метрологии (НТК)

5.2 СЛУШАЛИ:

Шабанова М.В. (БелГИМ) – О возможности увеличения межповерочного интервала (МПИ) для типов "Термогигрометры UNITESS THB 1" (РБ 03 10 6367 17); "Термометры UniTesS THB 2" (РБ 03 10 6948 19).

Согласно решениям НТК №05-2020, 02-2019 для данных типов установлены:

- МПИ – не более 12 месяцев;
- МПИ в СЗМ– не более 12 месяцев.

Запрашивается увеличение МПИ до 24 месяцев.

Изготовитель: ООО "Научно-исследовательский центр ЮНИТЕСС", г. Минск, Республика Беларусь.

Заявитель: ООО "Научно-исследовательский центр ЮНИТЕСС", г. Минск, Республика Беларусь.

Докладчиком был представлен краткий анализ исходных данных, используемых изготовителем СИ при расчете МПИ, а также результаты экспертизы представленных изготовителем материалов и проверки специалистами БелГИМ выполненных расчетов МПИ.

Основание – порядок рассмотрения запросов об увеличении МПИ на основании расчетов в соответствии РМГ74-2004 (протокол НТК №09-2017), письмо Госстандарта (исх. 03-22/53 от 10.01.2019).

РЕШИЛИ:

5.2.1 На основании результатов экспертизы представленной изготовителем документации **увеличить до 24 месяцев МПИ** для типов "Термогигрометры UNITESS THB 1" (РБ 03 10 6367 17); "Термометры UniTesS THB 2" (РБ 03 10 6948 19), в том числе находящихся в эксплуатации.

5.2.2 В установленном порядке оформить новые описания типа с указанием следующей информации:

- МПИ – не более 24 месяцев;
- МПИ в СЗМ– не более 12 месяцев.

5.2.3 Применять данный МПИ (24 месяца), по результатам проведения очередной поверки средств измерений, используемых вне сферы законодательной метрологии, указывая данную информацию в свидетельствах о поверке.

Председатель

Секретарь

ВЕРНО


28.01.2021

Е.В. Нестерович



Д.П. Барташевич

Е.В. Нестерович